

ZERTIFIKAT

HOHENSTEINER TYP-PRÜFUNG · PRÜF-NR. 09.8.5-0051

Gemäß Gutachten Nr. 09.8.5-0051 vom 20. Oktober 2009 wird bestätigt, dass folgender Artikel vom Forschungsinstitut Hohenstein überprüft wurde und hiermit das Zertifikat

BIOLOGISCHE SICHERHEIT

erteilt wird. Nachfolgende Einzelprüfung entsprechend der genannten Norm zur Bestimmung der Biokompatibilität wurde durchgeführt und erfolgreich bestanden:

- Keine zellschädigende Wirkung - Zytotoxizität nach DIN EN ISO 10993-5


Artikel: PANADUR IMC antimikrobiell
Farbe: RAL
Firma: Panadur GmbH
Am Sülzegraben 17
D-38820 Halberstadt

Für das Produkt kann das Hohenstein Qualitätslabel „Hautfreundlich“ vergeben werden.

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit bis 31.10.2011

Schloss Hohenstein · D-74357 Bönningheim, 02.11.2009

Der Leiter des Instituts für
Hygiene und Biotechnologie



Prof. Dr. Dirk Höfer

